Universidad Autónoma Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Departamento de ELECTRONICA

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
UAM - Azcapotzalco

FECHA 28/08/2023

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DEL LABORATORIO

DATOS GENERALES:

Técnico responsable: DANIEL VARGAS LIMONES

Laboratorio: G-304

DESCRIPCION GENERICA

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	N° DE SERIE	N° DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN DE FALLA	ACCIÓN IMPLEMENTADA	FECHA	HORA
METERMAN	38XR	MULTIMETRO	40507442	100136003721	Display parpadea y no mide corriente	limpieza de selector y cambio de fusibles	27/02/2023	
SANWA	Rd701	MULTIMETRO	7105100686	100136004442	No funcionan botones de selección y no mide corriente	se cambian gomas de selección , cambio de fusibles y limpieza de tarjeta	14/02/2023	03:00 p. m.
SANWA	Rd701	MULTIMETRO	6221473	100136004432	Display parpadea y no mide corriente	limpieza de selector y cambio de fusibles	27/02/2023	03:00 p. m.
SANWA	Rd701	MULTIMETRO	710510069	10013600443	Se rompieron bornes, display parpadea y no mide corriente	se cambia tarjeta de terminales, ajuste de selector,cambio de fusibles	14/02/2023	03:00 p. m.
SANWA	Rb701	MULTIMETRO	S-1	S/N	Equipo no enciende	se revisa equipo por completo, se entra tarjeta dañada, se aprovechan piezas para dos multimetros	14/02/2023	03:00 p. m.
SANWA	Cb771	MULTIMETRO	06MI65403	S/N	Multimetro se apaga	Ajuste de terminales de alimentacion, cambio de fusibles	27/02/2023	03:00 p. m.
SANWA	Cb771	MULTIMETRO	06MI65072	S/N	Multimetro cambia de selección	Ajuste de lamina de selector y revision de fusibles	27/02/2023	03:00 p. m.
SANWA	Cb771	MULTIMETRO	06MI65106	S/N	No mide corriente	cambio de fusibles	27/02/2023	03:00 p. m.
AGILIENT	U1232A	MULTIMETRO	MY52240025	S/N	Equipo no enciende	Limpieza de terminales, limpieza de footprint de contacto,cambio de fusibles,calibracion	27/02/2023	03:00 p. m.
AGILIENT	U1232A	MULTIMETRO	MY52220040	S/N	Equipo no enciende	Limpieza de terminales, limpieza de footprint de contacto,cambio de fusibles,calibracion	27/02/2023	03:00 p. m.
AGILIENT	U1232A	MULTIMETRO	MY52230076	S/N	Multimetro se apaga	Limpieza de terminales, limpieza de footprint de contacto,calibracion	27/02/2023	03:00 p. m.
AGILIENT	U1232A	MULTIMETRO	MY52240038	S/N	mutimetro cambia de selección	Limpieza de terminales, limpieza de selector,cambio de fusibles,calibracion	27/02/2023	03:00 p. m.
AGILIENT	U1232A	MULTIMETRO	MY52230121	S/N	Multimetro no mide corriente	Limpiza de terminales, cambio de fusibles,calibracion	27/02/2023	03:00 p. m.
AGILIENT	U1232A	MULTIMETRO	MY52220100	S/N	Multimetro no mide corriente	Cambio de fusibles,calibracion	14/02/2023	03:00 p. m.
AGILIENT	U1232A	MULTIMETRO	MY52230083	S/N	Display se ve mal y tiene falso	Limpieza de terminales, limpieza de footprint de contacto,ajuste de goma de contacto de display, calibracion	14/02/2023	03:00 p. m.
S/N	S/N	NO BREAK	S/N	S/N	Equipo no enciende	se realiza revison de equipo, se encuentra transformador dañado	18/05/2023	03:00 p. m.
S/N	S/N	NO BREAK	S/N	S/N	Equipo no enciende	se realiza revison de equipo, se encuentra transformador dañado	18/05/2023	03:00 p. m.
SAMSUNG	S/N	PANTALLA	S/N	S/N	Equipo no enciende	Se revisa equipo se encontro trajeta principal dañada	22/02/2023	03:00 p. m.
SAMSUNG	S/N	PANTALLA	S/N	S/N	Se escucha que enciende pero no da imagen ni audio	Se revisa equipo se encontro corto en tarjeta de control de leds.	22/02/2023	03:00 p. m.
						NOTA: se arma una pantalla con piezas de las dos		
DAEWOO	S/N	HORNO	S/N	S/N	Equipo no enciende	se realiza cambio de fusibles, pero al encender lo vuelve a quemar, se realiza cambio de magnetron	01/03/2023	03:00 p. m.
S/N	S/N	CONTROL DE CALOR	S/N	S/N	Equipo no enciende	Se cambian capacitores dañados	18/05/2023	03:00 p. m.
LASKO	S/N	VENTILADOR	S/N	S/N	Equipo no enciende	Se repara tarjeta de alimentacion	12/06/2023	03:00 p. m.
NETGEAR	GS724T v4	SWITCH	5XF3125HA05BF	S/N	Equipo no enciende	se repara fuente de alimentacion pero, se daño tambien tarjeta logica	09/08/2023	03:00 p. m.

CALENDARIO

Mini Calendar and Date Picker

by Vertex42.com

NOTA: CUANDO DESCARGUE EL FORMATO LE SALDRÁ EN EL CALENDARIO UN AVISO DE CONFIAR EN EL COMPLEMENTO, A ESTE SE LE TIENE QUE DAR ACEPTAR.

NOTA 2: PARA COLOCAR LA HORA EN UNA CELDA SE TIENE QUE SELECCIONAR EL RELOJ QUE APARECE ABAJO DEL CALENDARIO.

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMA