

FECHA 06/07/12023

MANTENIMIENTO PREVIO DE LOS LABORATORIOS

DATOS GENERALES:

Técnico responsable: José Sebastián Domínguez Ballesteros
Laboratorio: 6304 Control

ASPECTOS DE MANTENIMIENTO			
ACTIVIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
LIMPIEZA GENERAL	SI		Limpieza entoda las mesa y todo el equipo incluyendo estantes , liquido (pledge) en superficie de mesas donde estan los equipos de medicion.)
LIMPIEZA DEL EQUIPO	SI		Soplado y aspirado. Limpieza (carcasa con espuma LIM-ESP.Limpieza display y botonerias con MULTI SCREEN CLEANING KIT.)
REVISIÓN DE LAS VENTANAS	SI		Funcionan bien
FUNCIONAMIENTO DE LAS CERRADURAS	SI		la chapa del acceso al almacen se trava un poco
VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRESTAMO	SI		No tengo vale de algun prestamo de equipo
REVISIÓN DEL EQUIPO DE LABORATORIO	SI		Se reviso equipo de mesas 1 a la 6 funcionamiento y calibracion, todo bien. Estante de almace limpieza carcass multimetros fusibles y sus baterias .)
REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SI		Bien
REVISIÓN DE ILUMINARIA	SI		Esta funcionando
INVENTARIO DE ALMACÉN COMPLETO	SI		MESA DE TRABAJO DE LA #1 A LA # 6 Y ANAQUEL COLOR CREMA (multimetros, puntas y otros)
VERNILACIÓN	SI		Bien (temperatura de normativa de 20 °c ó 23°c)
VERIFICACIÓN DE L FUNCIONAMIENTO DE LAS PUNTAS PARA EQUIPO DE MEDICIÓN	SI		Faltan hacer puntas (termino pendientes y empiezo hacer)

NOTA: PARA MARCAR LA OPCIÓN DE SI Y NO, COLOCAR EN LA CELDA UN 1 PARA QUE SE ACTIVE LA PALOMITA.

COMENTARIOS GENERALES
EN LO GENERAL EL LABORATORIO ESTA LISTO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EN ALGUN DETALLE SE HACE EN LO INMEDIATO.

SEBASTIAN
FIRMA

